



an alle Bieter

**1. Nachlieferung**  
**Vergabe-Nr. O-13224-IPMFO**  
**Lieferung Robotik-Lernstation**

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund einer Bieterfrage erfolgt eine Änderung des Leistungsverzeichnisses auf Seite 3. Die Anforderung „mind. ISO Reinraum Klassifizierung“ wird von „5“ auf „7“ geändert.

Des Weiteren eine Erläuterung: Die auf Seite 4 geforderten „4x Quadrature Digitaleingänge“ sind als vier separate High-Speed-Eingänge für die Förderbandverfolgung zu verstehen.

Mit freundlichen Grüßen

Maik Scheunig  
Sachbearbeiter Beschaffung

Ansprechpartner/-in:  
Maik Scheunig  
Sachbearbeiter Beschaffung

Struktureinheit:  
Dezernat Technik und  
Gebäudemanagement

Telefon: +49 3583 - 6124538  
maikscheunig@hszg.de

Aktenzeichen:  
O-13224-IPMFO

29.10.2024

Hausanschrift:  
Hochschule Zittau/Görlitz  
Theodor-Körner-Allee 16  
02763 Zittau

[www.hszg.de](http://www.hszg.de)



Kein Zugang für elektronisch  
signierte sowie für verschlüs-  
selte elektronische Dokumen-  
te.