

## Beantwortung von Bieterfragen

### Ansprechpartner:

Maik Scheunig

Dezernat Technik und Gebäudemanagement

Tel. 03583/612-4538, E-Mail maik.scheunig@hszg.de

| Nr.                                  | Frage  | Antwort  |
|--------------------------------------|--|--|
| <b>1. Nachlieferung – 10.02.2025</b> |  |  |
| 1                                    | Können innerhalb eines Loses mehrere Artikel ausgelassen werden? Oder muss pro Los komplett angeboten werden?  | In einem Los müssen alle Artikel angeboten werden. Einzelne Artikel dürfen nicht ausgelassen werden.   |
| 2                                    | Gehen wir recht in der Annahme, dass für keinen Artikel eine Lieferung frei Verwendungsstelle, Auspacken, Inbetriebnahme, Schulung/Einweisung und/oder Müllentsorgung benötigt wird?   | Wie im LV angegeben, ist für alle Artikel eine Lieferung an unser Zentrallager ausreichend.  |
| <b>2. Nachlieferung – 20.02.2025</b> |  |  |
| 3                                    | Zu Los 1, Pos. 35: Ist zwingend eine Heizplatte mit einer Temperatur bis 425 °C und 400 W Leistung zu liefern oder können wir Ihnen eine Alternative mit einer Temperatur bis 310 °C und 600 W Leistung anbieten?  | Eine Heizleistung bis 310 °C mit einer abweichenden Leistungsangabe ist zulässig.  |
| 4                                    | Zu Los 1, Pos. 32: Soll in dieser Position ausschließlich das Kälte-Umwälzthermostat CORIO CP-200F ohne Zubehör angeboten werden?  | Entsprechend dem Hinweis im LV sind auch gleichwertige Geräte zulässig. Die Gleichwertigkeit zum Leitfabrikat müssen Sie aber bitte nachweisen. Weiteres Zubehör, welches nicht zum Standard-Lieferumfang des Herstellers gehört, wird vorerst nicht benötigt. |
| 5                                    | Zu Los 3, Pos. 25: Bitte erläutern Sie uns den angefragten Artikel Zitronensäure, Lebensmittelqualität, CAS-Nr. 5949-1 genauer bzw. mit einer Artikelnummer. Beim vorgegebenen Lieferanten Carl Roth ist eine Zitronensäure in Lebensmittelqualität nicht zu finden. | Bitte orientieren Sie sich an dem Produkt Nr. 1002223 des Fachhändlers Doktor-Klaus. Die Firma Carl Roth wurde an dieser Stelle nicht als Lieferant angegeben.   |
| <b>3. Nachlieferung – 04.03.2025</b> |  |  |
| 6                                    | Beim Ausfüllen der Anlage O-0725-Leistungsverzeichnis sind im Los 2 – Ausstattung ab Zeile 111/Pos. 95 die Zellen zur Eingabe gesperrt.  | Bitte nutzen Sie das Leistungsverzeichnis aus dieser Nachlieferung.  |
| <b>4. Nachlieferung – 05.03.2025</b> |  |  |
| 7                                    | In der neu hinzugefügten Tabelle wird die Gesamtsumme falsch angegeben bzw. berechnet.   | Bitte nutzen Sie das Leistungsverzeichnis V3 aus dieser Nachlieferung.   |