

<b>VgV_2024-041 Geräte zur Massenspektrometrie-basierten Proteomik</b>				
Nr.	Datum Eingang	Frage	Antwort	Datum Versand
1	20.08.2024	Als Unternehmen mit Sitz außerhalb von Deutschland und ohne weitere Geschäftsstellen in Deutschland sind wir in Deutschland nicht umsatzsteuerpflichtig und weisen daher keine Mehrwertsteuer auf unseren Angeboten aus. Schließlich muss der Auftraggeber die Steuer später entsprechend abführen. Natürlich können wir in dem Formular und in der Leistungsbeschreibung rechnerisch die entsprechende Summe addieren. Wäre das dann ausreichend?	Die im Preisblatt anzugebenden Preise fließen netto, excl. Umsatzsteuer in die Bewertung ein. Bitte setzen Sie den angegebenen MwSt.-Satz an entsprechender Stelle im Leistungsverzeichnis/Preisblatt entsprechend auf null („0“), wenn Ihr Unternehmen in Deutschland nicht umsatzsteuerpflichtig ist.	22.08.2024
2	20.08.2024	Bei Los 2 unter Punkt A5 wird eine Einweisung der Nutzer an beiden Geräten verlangt. Welche beiden Geräte meinen Sie? Wir bieten nur ein Gerät an. Hierfür erfolgt selbstverständlich eine Einweisung. Weiterhin erfragen Sie eine Einweisungsdauer von mind. 3 Tagen für eine vor-Ort Basisschulung. Dies ist gegenüber der Gerätekomplexität unverhältnismäßig. Die übliche Einweisung dauert einen Tag und erfolgt im Rahmen der Installation. Hiermit sind alle Punkte zur Bedienung und Anwendung des Gerätes abgedeckt. Drei volle Tagen wären nur schwerlich mit Inhalt zu füllen. Wir können, wenn gewünscht, eine zusätzliche, erweiterte applikative Schulung anbieten. Diese kann vor Ort oder online stattfinden. Hierfür ist ein Tag ebenfalls vollkommend ausreichend. Was wünschen Sie?	Hier handelt es sich um einen redaktionellen Fehler, den wir bitten zu entschuldigen. Es ist in Los 2 und Los 3 die Einweisung für das eine zu beschaffende Gerät vom jeweiligen Auftragnehmer zu erbringen. Auch bezüglich der Dauer der Schulung ist für die Nano-HPLC-Geräte, welche in Los 2 und Los 3 vergeben werden, ein Tag ausreichend. Um die Vergleichbarkeit der Angebotspreise zu gewährleisten, ist keine erweiterte Schulung anzubieten. Der Text in den diesbezüglichen Kriterien A5 in den Anforderungen jeweils für Los 2 und Los 3 wird entsprechend wie folgt neu gefasst:  Basisschulung der Anwender bevorzugt vor Ort: Eine Einweisung der Nutzer an <b>dem Gerät beider Geräten</b> im direkten Anschluss zur Installation <b>des Geräts der Massenspektrometrie-systeme</b> muss im Angebot enthalten sein (Dauer mindestens <b>1 Tag 3-Tage</b> , Schulung vor Ort direkt an <b>dem neuen Gerät den neuen Geräten</b> ). Kosten inkl. Fahrtkosten für Training sind im Systempreis inkludiert. - Terminvereinbarung erfolgt mit dem Nutzer. - Neben telefonischer und remote Unterstützung ist ein zuverlässiger und schneller Vor-Ort-Support zu gewährleisten.	22.08.2024
3	20.08.2024	Bzgl. der Lieferung des Geräte für Los 2 können wir eine Lieferung und Installation noch in 2024 garantieren. Benötigen Sie dennoch eine Zusicherung einer entsprechenden Bankbürgschaft?	Die Bankbürgschaft muss unter den je Los in Kriterium A7 genannten Bedingungen erbracht werden, wenn die Lieferung im Sinne des Kriteriums A3 je Los nicht im Jahre 2024 erbracht wird. Sofern aus Sicht des Auftragnehmers keine Bankbürgschaft notwendig sein wird, so sind die Kosten dafür im Preisblatt mit Null „0,00“ anzugeben. Sollte der Auftragnehmer dennoch nicht im Jahr 2024 liefern, wäre in dem Fall zwingend gem. der Vorgaben die Bankbürgschaft kostenfrei zu erbringen.	22.08.2024
4	29.08.2024	Unter Punkt A2 des LV verlangen Sie 24 Monate Gewährleistung inklusive Service und jährlicher Wartung. Um dem zu entsprechen müssen wir neben der 2-jährigen Gewährleistung zusätzlich 2x eine jährliche Wartung anbieten und einpreisen, da eine Wartung nicht in der Gewährleistung inkludiert ist. Ist dies so von Ihnen gewünscht?	ja	04.09.2024
5	29.08.2024	Im AI Bietercockpit soll in den Angebotsunterlagen zu Bearbeitung das Angebotsanschreiben ausgefüllt werden. Unter Punkt 5 sollen die Preise pro Los eingegeben werden. Diese Felder sind nicht editierbar und es sind keine Eingaben möglich. Schließlich soll eine Unterschrift erfolgen. Reicht hier die Eingabe des Namens der verantwortlichen Person des Bieters? Eine tatsächliche Unterschrift kann in diesem Texteingabefeld hier nicht geleistet werden.	Bitte wenden Sie sich hierzu direkt an den Bietersupport. Die Kontaktdaten finden Sie im Dokument "Anschreiben".  Im Dokument "Angebotsschreiben" steht bei der Unterschrift folgender Hinweis: "Ist - bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben, - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder - ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert, wird das Angebot ausgeschlossen."	04.09.2024