

Beantwortung von Bieterfragen

lfd. Nr.	Datum	Bieterfrage	Antwort
1	09.09.2024	Sie wünschen im LV Pos. 03.4 eine CW-Stiftsonde mit 8 MHz. Die Mehrheit der heutigen Ultraschallsysteme verwendet für die mutmaßlich von Ihnen gewünschte Funktion eine Stiftsonde mit 5 MHz. Eine diagnostische Beeinträchtigung wird von den Nutzern, die 5 MHz anstelle zuvor 8 MHz verwenden, nicht berichtet. Dürfen wir hier auch eine 5 MHz-Sonde anbieten ohne ausgeschlossen zu werden?	Nach KV-Richtlinie muss eine Stiftsonde 5 MHz oder mehr haben. Der medizinische Nutzer wünscht jedoch explizit eine Sonde mit 8 MHz. Diese muss bitte so angeboten werden.
2	09.09.2024	Sie wünschen eine sog. Schmetterlingssonde in LV Pos. 03.5 Uns ist dieser Begriff nicht ganz eindeutig, da es sowohl intraoperative Sonden wie die angehängten Beispiele in "T-Form" gibt (sowohl Linear als Konvex) aber auch eine Einhand-Sonde "Butterfly" genannt [übersetzt Schmetterling], s.a. https://www.butterflynetwork.com/int/de-de/iq3 Bitte erläutern Sie, welche Art von Sonde Sie wünschen bzw. ob diese durch eine der o.g. Beispiele abgedeckt wird.	Gewünscht wird eine T-Sonde. Sie wird zwischen Zeige- und Mittelfinger gehalten und dient der Untersuchung bei Leberteilsektionen (interoperativ im Bauchraum)
3	09.09.2024	Handelt es sich bei den im LV 02.2-02.5 genannten (Software-) Modulen um Optionen? D.h. können wir hier "nicht verfügbar" und keinen Preis bei den Funktionen eintragen, über die unsere Geräte nicht verfügen, ohne ausgeschlossen zu werden?	Bei den im LV 02.2-02.5 genannten (Software-) Modulen handelt es sich um Mindestanforderungen. Die geforderten Optionen müssen angeboten werden. Die Nichterfüllung führt zum Ausschluss des Bieters aus dem weiteren Verfahren.
4	10.09.2024	Sehr geehrte Damen und Herren, gehen wir recht in der Annahme, dass auch Systeme die keine 8MHz Stiftsonde unterstützen für das Grundgerät 03.1 zugelassen sind. Wir können Ihnen dafür eine 5MHz Stiftsonde anbieten und die abgefragte Linearsonde unter 03.2 würde hier nach unseren Erfahrungen ausreichen.	Nach KV-Richtlinie muss eine Stiftsonde 5 MHz oder mehr haben. Der medizinische Nutzer wünscht jedoch explizit eine Sonde mit 8 MHz. Diese muss bitte so angeboten werden.

5	18.09.2024	<p>Eine Ausschreibung dient dem Ziel , eine Wettbewerbssituation der Hersteller herbeizuführen und das wirtschaftlichste Angebot anzunehmen. Bei Vergabe in einem Los wären jedoch Bieter ausgeschlossen, welche das Leistungsverzeichnis zumindest für ein oder zwei Systeme erfüllen können. Daher bitten wir zu prüfen, ob die Vergabe in Einzellosen erfolgen kann.</p>	<p>Durch die Vergabe in einem Los sollen die weiterführenden Service-, und Wartungskosten reduzieren werden. Es ergibt sich eine gebündelte Serviceanfahrt und Technikereinsatz.</p> <p>Ein interdisziplinärer Einsatz von den Geräten ist durch die Nähe der Stationen (z.Bsp. Chirurgische Station und Kinderstation) absehbar. Durch diesen interdisziplinären Einsatz ist eine einheitliche Bedienphilosophie für den Anwender unabdingbar.</p> <p>Durch die Vergabe an einen Hersteller kann ein Ausfallkonzept realisiert werden.</p>
---	------------	---	---