

## Bieterfragen und -antworten

Aktenzeichen: 150\_OLK\_01-2024-0003

Name der Vergabe: Herzkatheterlabore

Nr.	Fragestellung	Antwort	versendet
-----	---------------	---------	-----------

### Bieterfragen Teil 3

29	<p><b><u>Nr. 1.2, Los 6 - Ultraschall</u></b> Im Herzkatheterlabor steht die reine Bildgebung im Vordergrund, so dass eine komplexe Bedienung aus unserer Sicht nicht erforderlich ist. Bitte bestätigen Sie uns, dass ein Touchscreen zum Aufruf von Untermenüs nicht erforderlich ist.</p>	<p>Dies wird nicht bestätigt. Im Herzkatheterlabor ist die intuitive und schnelle Bedienung essenziell, um den klinischen Workflow optimal zu gestalten. Ein Touchscreen ermöglicht dabei eine schnelle Navigation durch Menüs und Untermenüs und verbessert die Übersicht sowie die Effizienz insbesondere in zeitkritischen Situationen.</p>
30	<p><b><u>Nr. 1.3, Los 6 - Ultraschall</u></b> In den beengten Verhältnissen am Kopfende eines Patiententisches im HKL ist aus unserer Sicht eine +/- 180 Grad-Drehung des Steuerpultes nicht möglich und workflow-technisch auch nicht erforderlich. Wir bitten daher um Bestätigung, ein Ultraschallsystem mit einer +/- 90 Grad-Drehung des Steuerpultes liefern zu können.</p>	<p>Dies wird nicht bestätigt. Die Drehbarkeit des Steuerpults gewährleistet größtmögliche Flexibilität in verschiedenen Raumkonfigurationen sowie Anforderungsprofilen (Bildgebung bei EP, bei Eingriffen zu strukturellen Herzerkrankungen, bei Anästhesie-Support, etc.) und erhöht die Ergonomie für das Bedienpersonal. Gerade weil bestimmte räumliche Einschränkungen bei komplexen Eingriffen vor Ort auftreten können, ist es wichtig, eine Anpassungsfähigkeit für unterschiedliche Arbeitsweisen zu gewährleisten.</p>
31	<p><b><u>Nr. 1.4, Los 6 - Ultraschall</u></b> Sie fragen unter Punkt 1.17. drei (3) Schallköpfe ab. Insofern sind vier (4) aktive Sondenports nicht workflow-technisch erforderlich. Wir bitten daher um Bestätigung, ein Ultraschallsystem mit drei (3) aktiven Sondenports liefern zu können.</p>	<p>Dies wird bestätigt, auch ein ein Ultraschallsystem mit drei aktiven Sondenports kann angeboten werden.</p>

# Bieterfragen und -antworten

Aktenzeichen: 150\_OLK\_01-2024-0003

Name der Vergabe: Herzkatheterlabore

Nr.	Fragestellung	Antwort	versendet
32	<p><b><u>Nr. 1.16, Los 6 - Ultraschall</u></b> Im Herzkatheterlabor steht die reine Bildgebung zur Unterstützung der Intervention im Vordergrund. Eine optisch ansprechende Darstellung ist aus unserer Sicht dafür nicht notwendig. Wir bitten daher um Streichung dieser Position.</p>	<p>Dies wird nicht bestätigt. Das Arbeitsumfeld im Herzkatheterlabor ist durch hohe Anforderungen an Präzision und Konzentration geprägt. Eine optisch ansprechende Umgebung trägt dazu bei, eine angenehme visuelle Umgebung zu schaffen, die das Personal bei der Arbeit unterstützt und Ermüdungserscheinungen reduziert. Dies fördert die Fokussierung auf die Interventionen, insbesondere bei langen und komplexen Eingriffen. Zusätzlich spielt die Wahrnehmung der visuellen Umgebung durch den Patienten eine entscheidende Rolle für das Wohlbefinden. Eine hochwertige und ansprechende Darstellung kann dazu beitragen, Ängste abzubauen und eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen, selbst wenn der Patient nur indirekt mit der Technologie in Kontakt kommt. Diese Aspekte sind nicht zu vernachlässigen, bei der Erzielung eines positiven Behandlungserlebnisses.</p>	
33	<p><b><u>Nr. 1.21, Los 6 - Ultraschall</u></b> Akzeptieren Sie alternativ eine manuelle Vermessung des Mitralklappen-Annulus?</p>	<p>Dies wird nicht bestätigt. Bei der Planung und der Durchführung von Eingriffen an der Mitralklappe ist die automatische Vermessung des Mitralklappen-Annulus eine wichtige Anforderung zur Optimierung des Workflows und zur Reduzierung von Variabilitäten, die bei manuellen Messungen auftreten können. Die automatische Funktion gewährleistet konsistente und reproduzierbare Ergebnisse und trägt somit zur Qualität der diagnostischen und therapeutischen Prozesse bei.</p>	
34	<p>Aufgrund der Änderungen bei einigen K.O.- und Bewertungskriterien bitten wir um die Bereitstellung eines aktualisierten Leistungsverzeichnisses.</p>	<p>Es wird kein neues Leistungsverzeichnis zur Verfügung gestellt. Die Änderungen werden bei der Bewertung mit berücksichtigt.</p>	