



**LANDKREIS
WITTENBERG**

DER LANDRAT

Landkreis Wittenberg | Postfach 10 02 51 | 06872 Lutherstadt Wittenberg

über Vergabeplattform

An alle Interessenten!

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

FD Bauordnung – Zentrale Vergabestelle



Breitscheidstraße 4
06886 Lutherstadt Wittenberg



Frau Mende
Zimmer-Nr.: A2-33



03491 806-2832



03491 806-2892



vergabestelle@landkreis-wittenberg.de
E-Mail nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

USt-Nr: DE237927434

Mein Zeichen: Ö 166/24 L
(bei Antwort bitte angeben)

Datum: 18.11.2024

Öffentliche Ausschreibung – Vergabe-Nr. 166/24 L

Beprobung Grundwassermessstellen und Analyse der Proben im Rahmen der Nachsorge der Deponien Goltewitz, Klieken, Reinsdorf-Dobien und Zschornewitz

hier: Bieterinformation Nr. 1 – Beantwortung einer Bieteranfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum o. g. Vergabeverfahren ist eine Anfrage eines Interessenten eingegangen, welche nachfolgend zur Information aller Bewerber beantwortet wird:

Anfrage:

„Gemäß „Anlage_3_Messprogramme_und_Parameter“ ist im Übersichtsprogramm der Parameter „Biotest“ durchzuführen. Bitte diesen Parameter spezifizieren.“

Antwort:

Da es sich um Altdeponien handelt, basieren ihre Genehmigungen unter anderem auf der LAGA 28 "Technische Regeln für die Überwachung von Grund-, Sicker- und Oberflächenwasser sowie oberirdischer Gewässer bei Abfallentsorgungsanlagen, WÜ 98 Teil 1: Deponien" (Stand: 1999). Der Parameter Biotest wird in diesem Technischen Regelwerk im Anhang 2: Parameterumfang der Grundwasseruntersuchung unter dem Punkt "Testverfahren mit Wasserorganismen" aufgeführt. Der Biotest (Daphnientest o. Leuchtbakterientest) soll nach DIN 38412 L30 oder DIN 38412 L34 erfolgen.

Ich bitte um Beachtung bei der Angebotserstellung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Mende
Vergabestelle

*** Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig. ***