

Vergabe/LV – Bezeichnung:

Lieferung drei Gaszähler MilliGascounter

Allgemeiner Hinweis:

Es ist zwingend jede Position des LV mit einem Einheitspreis zu versehen. Angaben wie beispielsweise "in Pos. ... enthalten", "inklusive" oder ähnliche Angaben sind keine Preisangaben und führen zwingend zum Ausschluss vom weiteren Wertungsverfahren!

Mit dem Angebot sind folgende Unterlagen vorzulegen:

- Angebotsschreiben (Formblatt 633)
- Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124)
- ausgefülltes Leistungsverzeichnis

Hinweis zur Angebotswertung:

Zzgl. zu den Vergabeunterlagen wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass **vom Bieter beigelegte Geschäfts-, Liefer-, Vertrags- und/oder Zahlungsbedingungen nicht Vertragsbestandteil werden.**

Änderungen an den Verdingungsunterlagen wie Streichungen, Änderungen oder Hinzufügen von Textpassagen im Leistungsverzeichnis führen ebenso zwingend zum Ausschluss vom weiteren Wertungsverfahren!

Bei Vertragsabschluss wird die VOL/B in der derzeit gültigen Fassung Vertragsbestandteil.

Hinweis zu eventuellen Auskünften:

Die Beantwortung von Bewerberfragen ist nur bis 6 Kalendertage vor Angebotsfrist zulässig. Bitte beachten Sie dies bei eventuellen Fragestellungen.

Projektsprache:

Deutsch

Leistungsverzeichnis:

Vorbemerkung:

Die Hochschule Zittau/Görlitz beabsichtigt nachfolgende Beschaffung, gemäß den beschriebenen Spezifikationen. Die beschriebenen Spezifikationen sind Mindestanforderungen, welche zwingend zu erfüllen sind bzw. technisch gleichwertig sein müssen.

Alle nachfolgenden Positionen sind an die Hochschule Zittau/Görlitz, Standort Zittau, Zentrallager in Haus Z I, frei Haus zu liefern.

Die Hochschule Zittau/Görlitz übernimmt keinerlei Zollgebühren o. ä. oder damit verbundene Tätigkeiten. Das ist alleinige Sache des Auftragnehmers.

Sämtliche notwendige Produktunterlagen, Bedienungsanleitungen, ggf. Zertifikate sind, spätestens am Tag der Abnahme (Lieferzeitpunkt), zu übergeben.

Leistungsbeschreibung:

Lieferung von drei Stück MilliGascounter MGC-1 V3.4 PMMA inkl. Zubehör wie nachfolgend beschrieben. Die Angabe eines Leitfabrikats erfolgt, um die benötigten Geräte genauesten beschreiben zu können. Auf Grund der Erfüllung von wissenschaftlich-technischen Fachaufgaben ist dieses patentierte Modell angegeben.

Anforderung		vom Bieter auszufüllen	
Pos.	Beschreibung	EP netto	GP netto
1	Gaszähler MilliGascounter MGC-1 V3.4 PMMA - max. Überdruck: 100 mbar - Messbereich: 1ml/h – 1 ltr/h - Volumen Messkammer: 3 ml - Ausführung: Material Gehäuse PMMA, Messzelle PVDF - Messbereich: 1ml/h bis 1 ltr/h - max. Dauergebrauchstemperatur: 60 °C - Digital-Anzeige - 200 ml Sperrflüssigkeit HCl-Lösung 1,8 Vol% als Standard - 1,5 m Anschlusschlauch (di = 4 mm, da = 6 mm) - Reinigungs-Stab (jeweils 1 Stück für bis zu max. 5 MGC) - Spritze, Libelle, Einfülltrichter - Messgenauigkeit: ± 3% - Auflösung (= min. Mess-Inkrement): 3 ml - Kalibrierung erfolgt mit Sperrflüssigkeit HCL 1,8 % € €
2	Gärsystem – Neutralisations-Flasche Typ FS-NB-1L-V1.2-x9 - zur Neutralisierung von verdunstender Sperrflüssigkeit HCl 1,8 Vol% aus MilliGascountern - 9 Gaseingänge mit PVDF-Schlauchverschraubung für Schlauch di 4 mm / da 6 mm - 1 Gasausgang mit PVDF-Schlauchverschraubung für Schlauch di 4 mm / da 6 mm - Fassungsvermögen: 1 Liter - Material: PMMA - Verschraubung des Deckels mit 4 Innensechskant-Schrauben € €

voraussichtliche Lieferzeit:



Zusammenstellung:

Gesamtsumme in Euro netto

zzgl. 19% MwSt.

Gesamtsumme in Euro brutto

Datum, Unterschrift, Stempel*

** bei elektronischen Angeboten Angabe Bieter in Textform (Name, Firma)*